



Warszawa, dnia 10 września 2010 r.

Zamawiający

Uniwersytet Warszawski,
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
REGON: 000001258

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 1163 r. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: **„Dostawa wyposażenia pracowni przygotowania urządzeń półprzewodnikowych”, przetarg nieograniczony WF-37-56/10, symbol: UW/04/NANO/3.**

W dniu 6 września 2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

„1. Zamawiający w art. 4 § 1 pkt. 3.2.1 oraz w art. 4 § 2 pkt. 1.3.2 określił, iż w przypadku części A przez dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania warunku spełniania wiedzy i doświadczenia należy rozumieć co najmniej 3 dostawy naparowywarki próżniowej za kwotę co najmniej 100 000 PLN brutto każda.

Czy zamawiający dopuszcza przedstawienie w Wykazie dostaw urządzeń tożsamy niezawierających w nazwie określenia „naparowywarka próżniowa” przy wyraźnym zadeklarowaniu spełniania warunków określonych przez Zamawiającego w SIWZ?

2. Zamawiający w art. 8 § 1 pkt. 3 określił, iż należności wykonawcy będą regulowane w formie przelewu z rachunku zamawiającego na rachunek wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego z załączonym protokołem odbioru końcowego podpisanego przez zamawiającego i wykonawcę lub osoby upoważnione. Jednocześnie Zamawiający przytoczył wyżej określone warunki płatności w Formularzu ofertowym stanowiącym Rozdział II SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza uregulowanie należności wg następującego harmonogramu płatności:

- 50% po zawarciu umowy płatne w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy,
- 40% po dostawie przedmiotu zamówienia potwierdzonej protokołem dostawy, płatne w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu ustawy,
- 10% po uruchomieniu i odbiorze przedmiotu zamówienia potwierdzonych protokołem odbioru płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Zamawiający w art. 3 § 2 SIWZ określił termin wykonania zamówienia – do 30 listopada 2010 r. Jednocześnie Zamawiający powtórzył wyżej określony termin wykonania w Formularzu ofertowym stanowiącym Rozdział II SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Rozdział III SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania terminu wykonania: w ciągu 8



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Instytut biologii doświadczalnej
Im. M. Nenckiego PAN



miesiący od daty zawarcia umowy?

4. Zamawiający w art. 3 § 2 pkt. 2.11.1 SIWZ określił Energię jonów ustawianą od 0,2eV – 1keV jako jeden z parametrów wymagań dotyczących napyłania w przypadku oferowania napyłania magnetronowego.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie napyłania magnetronowego gdzie pracą źródła sterujemy, nie za pomocą regulacji energii jonów ustawianą od 0,2eV – 1keV a regulacją mocy źródła magnetronowego w zakresie od 0W do 500W?

5. Zamawiający w art. 3 § 2 pkt. 2.14. SIWZ określił „Wymagania dotyczące czyszczenia w przypadku oferowania czyszczenia jonowego – 17kEur1/6 wartości”.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu 17kEur1/6 wartości.”

Odpowiadamy:

Ad. 1. TAK.

Ad. 2. NIE.

Ad. 3. Pismem z dnia 03.09.2010 r. Zamawiający zmienił termin dostawy na dzień 16 maja 2011 r.

Ad. 4. TAK.

Ad. 5. Ciąg znaków "17 kEur1/6 wartości" znalazł się w punkcie 2.14 SIWZ omyłkowo i niniejszym zostaje wykreślony.

Zamawiający zmienia treść SIWZ

1. art. 3 § 1 ust. 2 pkt. 2.14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wymagania dotyczące czyszczenia w przypadku oferowania czyszczenia jonowego

2.14.1 Energia jonów ustawiana od 0,2 eV ÷ 5 keV.

2.14.2 Prąd jonowy: około 10 µA (argon) dla dystansu 80 mm.

2.14.3 Układ dozujący: butla argonu 1l/12bar, reduktor ciśnienia, adapter i manometr, przewód i zawór naciekowy.

2. Art. 10 § 1 ust. 1 pkt 1.2 ppkt. 1.2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - w Dziale Administracji i Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa pok. 140, nie później niż do dnia **05.10.2010 r. do godziny 11:45.**

3. Art. 10 § 2 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Dziale Administracji i Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu **05.10.2010 r. o godz. 12.00.**

Z wyrazami szacunku

KIEROWNIK ZAKŁADU
FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

Prof. dr hab. Michał Nawrocki



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WARSZAWSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Instytut biologii doświadczalnej
Im. M. Nenckiego PAN