



Przetarg nieograniczony nr WF-37-64/10

Warszawa dn.10.09.2010 r.

Zamawiający:

**Wydział Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
tel./fax (0 22) 55 32 213
REGON 000001258**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch niemagnetycznych stołów optycznych z niemagnetycznymi nogami z pasywną izolacją”

Numer postępowania: WF- 37-64/10

W dniu 08 września 2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

„Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. W opisie minimalnych parametrów technicznych sprzętu widnieje parametr: "Maksymalne względne przemieszczenie górnej powierzchni - poniżej 0.15nm". Czy byłoby możliwe uzyskanie bardziej szczegółowego opisu tego parametru? Jak ten parametr powinien być mierzony?
2. Czy Zamawiający dopuszcza "dynamiczny współczynnik ugięcia" poniżej 1.3×10^{-3} w całym zakresie częstotliwości zamiast 1.0×10^{-3} ?
3. W opisie minimalnych parametrów technicznych sprzętu widnieje parametr: "Sztywność - maksymalne ugięcie dla obciążenia 100kg - poniżej 1.5 μm ". Czy parametr ten dotyczy obciążenia na całej długości blatu stołu?
4. W opisie minimalnych parametrów technicznych sprzętu widnieje parametr: "Nośność całkowita (8 nóg) - przynajmniej 4000kg (w tym waga blatu)". Czy parametr nośności dotyczy każdego z blatów niezależnie, czy też dwóch blatów razem? To samo pytanie dotyczy nóg: czy powinniśmy zaoferować 8 nóg w sumie, dla obu blatów razem, czy też 8 nóg do każdego blatu osobno?"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Przetarg nieograniczony nr WF-37-64/10

1. Poprzez maksymalne względne ugięcie rozumiane jest maksymalne względne przemieszczenie dwóch dowolnych punktów na powierzchni stołu wynikające z drgań przenoszonych z otoczenia poprzez podpory ("nogi") stołu.

2. NIE

3. Ten parametr dotyczy ugięcia dowolnego punktu na krawędzi blatu po umieszczeniu obciążenia 100 kg na środku stołu.

4. Do każdego blatu należy zaoferować po 4 nogi, zatem oczekujemy, że nośność każdego z blatów powinna wynosić przynajmniej 2000 kg.

Z wyrazami szacunku,

PEŁNOMOCNIK REKTORA
ds. projektu CEZAMAT

Prof. dr hab. Andrzej Twardowski



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

