

Warszawa, dnia 22 grudnia 2010 r.



Zamawiający:

Wydział Fizyki

Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

tel./fax (0 22) 55 32 213

Nr postępowania: WF-37-94-1/10

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę i instalację wielofunkcyjnego systemu spektroskopii emisyjnej FCS-FLIM”.**

Zamawiający informuje, że w dniu 17 grudnia 2010 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza zapytanie wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

Według ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) NR 1186/2009 Z DNIA 16.11.2009 USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTOWY SYSTEM ZWOLNIEŃ CELNYCH - ART.44, Uczelnie, Instytuty mają prawo ubiegania się o zwolnienie przedmiotowej dostawy z opłat celnych. W związku z tym czy Zamawiający będzie ubiegał się o zwolnienie z cła, zobowiązując Wykonawcę do przeprowadzenia procedury celnej? Jednocześnie zobowiązujemy się jako Wykonawca do przeprowadzenia procedury zwolnienia aparatury z cła na podstawie niezbędnych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego do odprawy celnej. W przypadku niesprawnej procedury odprawy, cena końcowa nie ulegnie zmianie

Odpowiedź 1:

Zamawiający w pkt 18, ppkt 18.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) określił: „Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można zrealizować zamówienia (w tym min. koszty przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie użytkownika, oraz opakowania, ubezpieczenia, transportu, rozładunku, koszty odprawy celnej, koszty instalacji itp.)”. Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis. Przeprowadzenie procedury zwolnienia aparatury z cła będzie możliwe po zakończeniu postępowania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z czasem dostawy do 20 tygodni od dnia podpisania umowy, zaś czas wykonania instalacji i przeprowadzenia szkolenia (zakończonego podpisaniem protokołu odbioru) w ciągu 30 dni roboczych od dostawy urządzenia?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany terminów realizacji zamówienia.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lasera mod-lokowanego Tytanowo:Szafirowego identycznego z SIWZ za wyjątkiem:

- Szerokość impulsu: <100 fs, określona za pomocą autokorelatora (dla 800nm)



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- szумы rms mierzone w zakresie szerokości pasma od 10 Hz do 10 MHz (dla 800nm): <0.15%;
- odchylenie wiązki (dla 800nm): <1 mrad;
- przekrój wiązki ($1/e^2$; dla 800nm): <1.2 mm;
- zawiera termostat (chiller), z cieczą chłodzącą i całym wyposażeniem (gotowy do użycia), pracujący w zamkniętym obwodzie cyrkulacji cieczy (hałas nie większy niż 51 dB). System podłączony będzie z głowicą za pomocą systemu przedłużającego o długości ok 3m, by umożliwić montaż części hałaśliwej urządzenia w innym pomieszczeniu?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry lasera dotyczące długości fali (800 nm) dla której byłyby one gwarantowane. Akceptujemy również wyższy poziomu hałasu (51dB zamiast 40 dB).

Pytanie 4:

2.) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie „Impulsowych pikosekundowych laserów diodowych (LDs) emitujące światło, z kompletem elektroniki i optyki umożliwiającej sprzężenie z systemem” o następujących parametrach?:

- 375-nm LD: tolerancja długości fali: < ± 10 nm, spektralna szerokość połówkowa: <10 nm, szerokość impulsu: 80-100 ps, moc szczytowa piku: 30-70 mW;
- 440-nm LD: tolerancja długości fali: < ± 10 nm, spektralna szerokość połówkowa: <10 nm, szerokość impulsu: 100-150 ps, moc szczytowa piku: 40-80 mW;
- 488-nm LD: tolerancja długości fali: < ± 10 nm, spektralna szerokość połówkowa: <10 nm, szerokość impulsu: 130-180 ps, moc szczytowa piku: 30-60 mW;
- 635-nm LD: tolerancja długości fali: < ± 20 nm, spektralna szerokość połówkowa: <5 nm, szerokość impulsu: 90-110 ps, moc szczytowa piku: 30-70 mW.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry laserów diodowych.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza by, dla potwierdzenia warunku IV: „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”, Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony na sumę 1500000,00 PLN

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia punktu 10 SIWZ dotyczącego Warunku IV: sytuacja ekonomiczna i finansowa, zgodnie z którym Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. **2 000 000,00 zł**. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę **min. 2 000 000,00 zł**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza by, dla potwierdzenia warunku II: „Posiadanie wiedzy i doświadczenia”, Wykonawca przedstawił referencje Producenta urządzenia, dotyczące 2 dostaw (w okresie 3 lat) aparatury do pomiarów w zakresie spektroskopii emisyjnej lub mikroskopii fluorescencyjnej o wartości minimum 800.000,00 PLN brutto każda?

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca przedstawił referencje Producenta urządzenia dla potwierdzenia warunku II: „Posiadanie wiedzy i doświadczenia”.

Zgodnie z punktem 10 SIWZ w zakresie spełnienia Warunku II: posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 2 dostawy aparatury do pomiarów w zakresie spektroskopii emisyjnej lub mikroskopii



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



fluorescencyjnej o wartości minimum 800.000,00 PLN brutto każda. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania min. 2 dostaw aparatury do pomiarów w zakresie spektroskopii emisyjnej lub mikroskopii fluorescencyjnej o wartości minimum 800.000,00 PLN brutto każda, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały zrealizowane należycie (sporządzony według wzoru druku – zał. nr 2 do SIWZ).

Pytanie 7:

Czy Zamawiający z związku z okresem urlopowym związanym z okresem świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz wolnego od pracy Święta Trzech Króli, dopuści zmianę terminu składania ofert z 10 stycznia 2011 roku na termin późniejszy (np. 18 stycznia 2011r.)? Prośba ta związana jest z okresami urlopowymi zarówno po stronie Wykonawcy jak i Producenta urządzenia, zaś oferowany produkt jest systemem o dużym stopniu złożoności.

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia **18 stycznia 2010 r. do godz. 11:00.**

Z poważaniem

prof. dr hab. Ryszard Stolarski



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

