Warszawa, dnia 30.06.2021 r.

Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania WF-37-13/21 pn. „Dostawa sprzętu optycznego dla Wydziału Fizyki UW ", prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej dalej „ustawą".

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W dniu 30.06.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawców, na które, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1 (dotyczy części 2): Czy Zamawiający dopuszcza użycie dwóch sposobów modulacji: cyfrowej (TTL) i analogowej? W takim rozwiązaniu sterownik ma 2 wejścia modulacji.

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga** użycia dwóch sposobów modulacji: cyfrowej (TTL) i analogowej.

Pouczenie: wszelkie udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert!

Z poważaniem