

Warszawa, 21.04.2022 r.

Zamawiający:Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 WarszawaAdres do korespondencji:Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597

Do wszystkich zainteresowanych,

Dotyczy: postępowania WF-37-06/22 pn. „Sukcesywne dostawy elementów, materiałów i odczynników do prac laboratoryjnych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”

I. ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Lp.	Miejsce, gdzie dokonano zmiany w SWZ	W SWZ było	Poprawiono na (wersja obowiązująca)
1.	Załącznik nr 1 do SWZ, Część 1, tabela, pozycja 80	Izolator optyczny do oscylatora TiAl_2O_3 , z maksymalnym tłumieniem i transmisją na około 780nm długość fali. Minimalne tłumienie i minimalna transmisja na długości fali x%, apertura co najmniej mm	Izolator optyczny do oscylatora TiAl_2O_3 , z maksymalnym tłumieniem i transmisją na około 780 nm długość fali. Na długościach fal 730-830 nm minimalne tłumienie 27 dB, minimalna transmisja 88%; apertura co najmniej 4 mm
2.	Załącznik nr 1 do SWZ, Część 2, tabela, pozycje: 17-19, 21-25, 27-34		Zamawiający informuje, że pozycje oznaczone gwiazdką (*) oznaczają produkty sterylne, wolne od DNaz, RNaz, pirogenów

Pouczenie: wszelkie wyjaśnienia, zmiany treści SWZ oraz jej załączników są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem,