



Warszawa, 16.01.2023 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597

Do wszystkich zainteresowanych,

Dotyczy: postępowania WF-37-47/22 pn. „**Sukcesywne dostawy elementów optycznych**”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019
r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”

I. PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym w postępowaniu.

Pytanie 1

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie opisu poz. nr 6 w zakresie wymaganej grubości płyty optycznej.

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje, że grubość płyty optycznej z poz. 6 musi wynosić (50 ± 5) mm

Pytanie 2

Mam jeszcze pytanie odnośnie pozycji nr 97. Czy intencją zamawiającego było aby była identyczna jak pozycja nr 96 ?

Odpowiedź

Zamawiający stwierdza, że do specyfikacji poz. 97 wkradł się błąd w postaci niewłaściwego zakresu współczynnika odbicia.

Właściwa specyfikacja pozycji 97 jest następująca:

Substrat Kwarec topiony o grubości 6mm
Płaskość powierzchni Nie gorzej niż $\lambda/10$ @ 633 nm
Jakość powierzchni Nie gorzej niż 40-20
Współczynnik odbicia (450 - 2000 nm) >90%

II. ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Lp.	Miejsce, gdzie dokonano zmiany w SWZ	W SWZ było	Poprawiono na (wersja obowiązująca)
1.	Załącznik 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Lp. 6	Materiał: stal nierdzewna Wypełnienie: stalowe płyty w układzie plastra miodu Sieć otworów M6 na siatce kwadratowej 25 mm x 25 mm na górnej powierzchni; pierwszy rząd 37,5 mm od krawędzi płyty	Materiał: stal nierdzewna Wypełnienie: stalowe płyty w układzie plastra miodu Sieć otworów M6 na siatce kwadratowej 25 mm x 25 mm na górnej powierzchni; pierwszy rząd 37,5 mm od krawędzi płyty



		Płaskość: nie gorzej niż 0,15 mm	Płaskość: nie gorzej niż 0,15 mm Grubość płyty optycznej musi wynosić (50 ± 5) mm
2.	Załącznik 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Lp. 97	Substrat Kwarc topiony o grubości 6mm Płaskość powierzchni Nie gorzej niż $\lambda/10$ @ 633 nm Jakość powierzchni Nie gorzej niż 40-20 Współczynnik odbicia (250 to 450 nm) >90%	Substrat Kwarc topiony o grubości 6mm Płaskość powierzchni Nie gorzej niż $\lambda/10$ @ 633 nm Jakość powierzchni Nie gorzej niż 40-20 Współczynnik odbicia (450 - 2000 nm) >90%

Pouczenie: wszelkie wyjaśnienia, zmiany treści SWZ oraz jej załączników są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem,

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Wasik; Uniwersytet Warszawski
16.01.2023
11:38:24 +01'00'