

Warszawa, 21.11.2022 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax: (0 22) 55 32 597

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania WF-37-53/22 pn. „Dostawa sprzętu optycznego”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

W dniu 21 października 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania (e-mail) od jednego z Wykonawców, na które, zgodnie z art. 135 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Zaawansowanego niskoszumnego wzmacniacza fazoczułego (lock-in) wraz z wyposażeniem”

Czy Zamawiający dopuszcza filtry górnoprzepustowe w obudowie prostopadłościowej ze złączami SMA?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2:

„Zaawansowanego niskoszumnego wzmacniacza fazoczułego (lock-in) wraz z wyposażeniem”

Czy Zamawiający dopuszcza wzmacniacze niskoszumne, których szumy wejściowe przy zwartym wejściu wynoszą $0,35 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ lub mniej dla 100 kHz oraz $0,25 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ typowo w zakresie od 10 kHz do 1 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 3:

"Podstawowego, niskoszumnego wzmacniacza fazoczułego (lock-in) wraz z wyposażeniem"

Czy Zamawiający dopuszcza, aby minimalna wartość stałej czasowej dla wzmacniacza lock-in zawierała się w zakresie od 337 ns do 83 s?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 4:

"Podstawowego, niskoszumnego wzmacniacza fazoczułego (lock-in) wraz z wyposażeniem"

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wymaganie odnośnie "możliwości późniejszego rozszerzenia" dotyczyło wyłącznie kwestii funkcjonalnych niezwiązanych z pasmem pracy wzmacniacza lock-in (od DC do 5 MHz)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pouczenie: udzielone odpowiedzi oraz zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem,

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Adam
Babiński; UW
Data: 2022.11.21 15:31:52 CET