

Warszawa, 02.01.2023 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597

Do wszystkich zainteresowanych,

Dotyczy: postępowania WF-37-56/22 pn. „**Dostawa oscyloskopu czasu rzeczywistego wysokiej częstotliwości** (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”

I PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym w postępowaniu.

Pytanie 1

Czy w związku z tym, że urządzenie, będące przedmiotem tego postępowania, należy do aparatury pomiarowej najwyższej światowej klasy i produkowane jest każdorazowo na indywidualne zamówienie klienta, Zamawiający dopuszcza maksymalny czas dostawy, zależny od producenta, do 6 tygodni?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy oscyloskopu.

Pytanie 2

Czy poprzez zapis w wymaganiach technicznych "Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013." Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń używanych?

Odpowiedź

Zamawiający zgodnie z zapisem art. 3 par 1 pkt. 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dopuszcza zaoferowanie powystawowego przedmiotu zamówienia oraz tzw. odnowionego przedmiotu zamówienia (Refurbished), spełniającego wszystkie wymagane parametry techniczne i funkcjonalne, wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych. Jednocześnie zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wskazania w formularzu ofertowym, czy zaoferowany oscyloskop jest nowy, używany, czy powystawowy. Zamawiający wprowadza zmiany do treści formularza oferty w powyższym zakresie. Szczegóły zmian podano w sekcji II – Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu, którego rekord pamięci jest niezależny dla wszystkich kanałów i wynosi 200Mpts na kanał? Oznacz to, że przy pracy 4 kanałów mamy również 200Mpts na kanał.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Sumarycznie proponowany rekord pamięci jest lepszy niż wyspecyfikowany w SWZ i spełnia minimalne wymagania techniczne.

Pytanie 4

Specyfikacja przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania oscyloskopu o paśmie nie mniejszym niż 3,5 GHz, według twierdzenia o próbkowaniu (twierdzenie Nyquista-Shannona) częstotliwość próbkowania potrzebna do jednoznacznego odtworzenia sygnału ciągłego musi być conajmniej 2 razy większa niż pasmo. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zaoferowanie oscyloskopu o częstotliwości próbkowania 16 GSa (dostępne przy jednoczesnej pracy wszystkich kanałów oscyloskopu)? Dla pasma wymaganego przez Zamawiającego będzie to próbkowanie więcej niż wystarczające.

Odpowiedź

Zamawiający że nie dopuszcza proponowanej zmiany. Częstotliwość próbkowania jest istotnym parametrem z punktu widzenia pomiarów jitter sygnału. Proponowany parametr nie spełnia wymagań technicznych wyszczególnionych w opisie zamówienia.

II ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Lp.	Miejsce, gdzie dokonano zmiany w SWZ	W SWZ było	Poprawiono na (wersja obowiązująca)
1	Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – tj. Formularz oferty	Rok produkcji:	Rok produkcji, ☐ Oscyloskop nowy*, ☐ Oscyloskop używany* - odnowiony (Refurbished) spełniający wszystkie wymagane parametry techniczne i funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia ☐ Oscyloskop powystawowy * spełniający wszystkie wymagane parametry techniczne i funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia „*” – zaznaczyć właściwe

Pouczenie: wszelkie wyjaśnienia, zmiany treści SWZ oraz jej załączników są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Zamawiający udostępnia również na swojej stronie internetowej uaktualniony formularz oferty, obejmujący wszystkie zmiany, wskazane w piśmie dotyczącym zmiany SWZ

Z poważaniem,

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Adam Babiński;

UW

Data: 2023.01.02 14:50:08 CET