



Warszawa, dnia 10 sierpnia 2010 r.

Zamawiający:

Wydział Fizyki

Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

1rt./fax (0 22) 55 32 213

Nr postępowania: WF-37-49/10

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę układu do pobudzania optycznego półprzewodników z laserem impulsowym”**

Zamawiający informuje, że w dniu 5 sierpnia 2010 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące powyższego postępowania. Zgodnie z 1rt. 38 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w części 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza zaoferowanie lasera o podobnych parametrach za wyjątkiem tego, że generuje tylko wiązkę 266nm (bez dostępu do długości fali 532nm) o średnicy wiązki 0.15x0.9 mm?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu na proponowany przez Wykonawcę. Zamawiający uściśla ten zapis w sposób następujący:

„wymaganie dostępności drugiej harmonicznej 532 nm z możliwością korzystania z drugiej harmonicznej 532 nm, np. po demontażu filtra przez użytkownika”.

W sprawie średnicy wiązki Zamawiający uściśla zapis na:

"w przypadku wiązki eliptycznej pole powierzchni powinno być mniejsze niż 0,2 mm²".

Pytanie nr 2:

Według Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1186/2009 z dnia 16.11.2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych – art. 44, Uczelnie, Instytuty mają prawo ubiegania się o zwolnienie przedmiotowej dostawy z opłat celnych, w związku z tym czy Zamawiający wyraża zgodę, aby cena oferty przed zawierała kwoty cła? Jednocześnie zobowiązujemy się jako Wykonawca do przeprowadzenia procedury zwolnienia aparatury z cła na podstawie niezbędnych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego do odprawy celnej. W przypadku niesprawnej procedury odprawy, cena końcowa nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający jest uprawniony do ubiegania się o zwolnienie z należności celnych przywozowych, zgodnie z art.44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009z dnia 16 listopada 2009 i o takie w stosownym czasie wystąpi do właściwych organów.

Zamawiający wyraża zgodę aby cena oferty nie zawierała kwoty cła.



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ zgodzi się przyznać 20 punktów za zakres 0,1 – 8 MHz częstotliwości repetycji możliwych do uzyskania przez układ typu „pulse picker”?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w załączniku Nr 5 do SIWZ pkt 6 Tabeli punktacji parametrów technicznych w kolumnie drugiej.

Zamiast zapisu

"zakres 0,1- 20 MHz 20 p. "

wprowadza zapis:

"zakres 0,1- 8 MHz 20 p. "

PROF. DR HAB. ROMAN STĘPNIEWSKI



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

