

Warszawa, dnia 8 listopada 2010 r.



**Zamawiający:**

Wydział Fizyki

Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

tel./fax (0 22) 55 32 213

Nr postępowania: **WF-37-76-3/10**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę lasera typu He – Cd z wyposażeniem”

Zamawiający informuje, że w dniu 5 listopada 2010 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza zapytanie wraz z odpowiedzią:

**Pytanie:**

Według ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) NR 1186/2009 Z DNIA 16.11.2009 USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTOWY SYSTEM ZWOLNIEŃ CELNYCH - ART.44, Uczelnie, Instytuty mają prawo ubiegania się o zwolnienie przedmiotowej dostawy z opłat celnych, w związku z tym czy Zamawiający wyraża zgodę, aby cena oferty (zadanie 3) nie zawierała kwoty cła?

Jednocześnie zobowiązujemy się jako Wykonawca do przeprowadzenia procedury zwolnienia aparatury z cła na podstawie niezbędnych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego do odprawy celnej. W przypadku niesprawnej procedury odprawy, cena końcowa nie ulegnie zmianie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w pkt 19, ppkt 19.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił: „Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można realizować zamówienia w tym min. koszty szkolenia obsługi, opakowania, znakowania, ubezpieczenia, transportu, koszty odprawy celnej, koszty instalacji itp.).

Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis. Przeprowadzenie procedury zwolnienia aparatury z cła będzie możliwe po zakończeniu postępowania.

Z poważaniem

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI UW

prof. dr hab. Teresa Rząca – Urban