

Warszawa, dnia 13.05.2021 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Warszawski  
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego  
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa  
fax (0 22) 55 32 597

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy:** postępowania WF-37-08/20 pn. „Dostawa sprzętu naukowo-badawczego na potrzeby Wydziału Fizyki UW”, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej dalej „ustawą”.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

W dniu 10.05.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania (e-mail) od Wykonawców, na które, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** dotyczy części 6. "dostawa lasera femtosekundowego 1 030 nm" W specyfikacji widnieje parametr: "Średnica wiązki (1/e<sup>2</sup>): poniżej 1.0 mm"

Czy dopuszczają Państwo średnicę wiązki (1/e<sup>2</sup>): 1.5 +/- 0.2 mm? (lub alternatywnie średnica wiązki poniżej 2 mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza średnicę wiązki 1.5 +/- 0.2 mm, o ile będzie dla niej zachowany będzie parametr M2 nie gorszy niż 1.2

**Pouczenie:** wszelkie udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert!

Z poważaniem