

Warszawa, dnia 05.05.2021 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania WF-37-09/20 pn. „Dostawa sprzętu badawczego dla Wydziału Fizyki UW”, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej dalej „ustawą”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W dniu 26.04.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania (e-mail) od Wykonawców, na które, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy zamawiający, w zakresie pakietu nr 2, dopuści tubus obserwacyjny o pochylaniu 35 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści tubus obserwacyjny o właściwościach wskazanych w pytaniu

Pytanie 2: Czy zamawiający, w zakresie pakietu nr 2, dopuści zakres powiększeń 0.61x-5.5x przy współczynniku zmiany 9:1 i wartościach powiększeń 0.6, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zakres powiększeń wskazany w pytaniu

Pytanie 3: Czy zamawiający, w zakresie pakietu nr 2, dopuści okulary o powiększeniu 16x i liczbie polowej (FN) 15?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści okulary o właściwościach wskazanych w pytaniu

Pytanie 4: Czy zamawiający, w zakresie pakietu nr 2, dopuści zamiast obiektywu 1,25x obiektyw 1,6x zapewniający minimalną odległość roboczą 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści obiektywu o wskazanych w pytaniu właściwościach. Minimalna wymagana odległość robocza to 68 mm.

Pytanie 5: Czy zamawiający, w zakresie pakietu nr 2, dopuści podstawę o wymiarach: 331 mm × 257 mm i średnicy przesyłanego światła 60mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści podstawę o właściwościach wskazanych w pytaniu

Pouczenie: wszelkie udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert!

Z poważaniem