

Warszawa, 23.06.2021 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax: (0 22) 55 32 597

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania WF-37-11/21 pn. „Dostawa lidarów dopplerowskich”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

W dniu 18 czerwca 2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania (e-mail) od jednego z wykonawców, na które, zgodnie z art. 135 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

SWZ określa w ‘szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia’ następujący obszar zastosowania lidarów: Wielkości fizyczne uzyskane przez lidar: trójwymiarowe pole wiatru (składowe strefowe, południkowe i pionowe). Pierwotne wielkości mierzone przez lidar to radialne składowe wiatru (określane też jako „komponenty linii wzroku”) wzdłuż orientacji skanera. Z tych zmierzonych radialnych składowych wiatru wyprowadzane jest (wyliczane) trójwymiarowe pole wiatru. Podobnie wyliczane są składowe wiatru: zachodni-wschodni, południowy-północny i składowa pionowa. Prosimy o potwierdzenie, czy oczekiwaniem Zamawiającego jest pozyskiwanie danych jak opisane powyżej?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający oczekuje oprócz pomiaru składowych radialnych również wyliczonych dokładnie takich jak ww. danych trójwymiarowego pola wiatru.

Pytanie 2:

W punkcie ‘specyfikacja techniczna’ podano następujące wymaganie : „Minimalny zasięg < 60 m oraz maksymalny zasięg > 10 km”. Zakładamy, że wkładło się tutaj nieprecyzyjne określenie wartości granicznych.

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wymaganie brzmi:

Minimalny zasięg ≤ 60 m (mniejszy lub równy 60 metrów) oraz maksymalny zasięg ≥ 10 km (większy lub równy 10 km).

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodzi o minimalny zasięg ≤ 60 m oraz maksymalny zasięg ≥ 10 km.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany w SWZ, o których mowa w części II niniejszego dokumentu.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że użyte w specyfikacji technicznej skróty NRT i RT oznaczają odpowiednio „w czasie zbliżonym do rzeczywistego” oraz „w czasie rzeczywistym”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o NRT (near-real-time) „w czasie zbliżonym do rzeczywistego” oraz i RT (real-time) „w czasie rzeczywistym”.

Pytanie 4:

W art. 4, par. 1, pkt. 6 SWZ użyto określenia : „Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”.

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez podzielenie przedmiotu zamówienia na części i konsekwentnie - jak należy rozumieć stwierdzenie, iż Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z wyżej wskazaną omyłką pisarską, wprowadzone zostają zmiany w SWZ, o których mowa w części II niniejszego dokumentu.

Pytanie 5:

W opisie przedmiotu zamówienia (art. 3, par. 1 SWZ) Zamawiający podał wymagane parametry lidaru i wymóg, iż urządzenie ma zostać dostarczone pod wskazany adres. W dokumencie nie znalazło się stwierdzenie dotyczące instalacji i uruchomienia urządzenia. Projekt umowy w par. 1, pkt. 6 określa, że „ w terminie 10 dni od dnia dostarczenia sprzętu Kupujący dokona sprawdzenia poprawności jego działania”.

Czy należy rozumieć, że Zamawiający nie wymaga od dostawcy wykazania poprawności funkcjonowania lidaru i nie wymaga udziału w procesie jego uruchomienia oraz nie wymaga przeprowadzenia szkolenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po ponownym przeanalizowaniu powyższej kwestii wprowadzone zostają zmiany do treści załącznika nr 4 do SWZ, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

II. ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy zamawiający wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ:

Lp.	Miejsce, gdzie dokonano zmiany w SWZ	W SWZ było	Poprawiono na (wersja obowiązująca)
1	art. 3 § 1 ust. 3	Minimalny zasięg < 60 m oraz maksymalny zasięg > 10 km. Minimum range < 60 m. Maximum range > 10 km.	Minimalny zasięg ≤ 60 m oraz maksymalny zasięg ≥ 10 km. Minimum range ≤ 60 m. Maximum range ≥ 10 km.
2	art. 3 § 1 ust. 6	Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.	Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3	art. 8 § 3 ust. 1 i 2	1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 29.09.2021 r. 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem <i>terminu związania</i> ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem <i>terminu związania</i> ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody	1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 09.10.2021 r. 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem <i>terminu związania</i> ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem <i>terminu związania</i> ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody

		na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni, czyli do dn. 28.11.2021 r.	na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni, czyli do dn. 08.12.2021 r.
4	art. 10 § 1	Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 02.07.2021 r. do godz. 11:00. W korespondencji należy podać numer postępowania.	Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 12.07.2021 r. do godz. 11:00. W korespondencji należy podać numer postępowania.
5	art. 10 § 2 ust. 2	Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 02.07.2021 r. o godz. 11.15.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 12.07.2021 r. o godz. 11.15.
6	§ 1 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)	Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie i wydanie Zamawiającemu lidaru dopplerowskiego.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie i wydanie Kupującemu lidaru dopplerowskiego oraz wsparcie techniczne on-line przy jego instalacji.
7	§ 1 ust. 6 pkt 3 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)	w terminie 10 dni od dnia dostarczenia sprzętu Kupujący dokona sprawdzenia poprawności jego działania, po zakończeniu którego obie strony podpiszą protokół odbioru jakościowego.	w terminie 10 dni od dnia dostarczenia sprzętu Kupujący dokona instalacji sprzętu przy wsparciu technicznym on-line Sprzedawcy oraz Kupujący dokona sprawdzenia poprawności działania sprzętu, po zakończeniu którego obie strony podpiszą protokół odbioru jakościowego.

Pouczenie: wszelkie zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem,

Załączniki:

Aktualna wersja załącznika nr 4 do SWZ.