

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451498-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza  
2021/S 173-451498**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 153-406360)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki

Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-927

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Ciechańska

E-mail: [agnieszka.ciechanska@fuw.edu.pl](mailto:agnieszka.ciechanska@fuw.edu.pl)

Tel.: +48 225532565

Faks: +48 225532597

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://www.fuw.edu.pl>

Adres profilu nabywcy: <http://www.fuw.edu.pl>

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu komór rękawicowych dla Wydziału Fizyki UW

Numer referencyjny: WF-37-24/21

**II.1.2) Główny kod CPV**

38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego systemu komór rękawicowych wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem dla pracowników Zamawiającego

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

02/09/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 153-406360](#)

**Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.7

Zamiast:

112

Powinno być:

154

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie mniej niż 2 dostawy komór rękawicowych wraz z ich instalacją, przy czym instalacja obejmowała wszystkie poniższe czynności: a) wykonanie atmosfery roboczej z gazem obojętnym (argon) b) kontrolę szczelności wykonana za pomocą wzorcowanego detektora argonowego c) weryfikację parametrów atmosfery - wymagana zawartości tlenu i wody <0.5 ppm

Zamawiający wymaga, by wartość każdej z tych dostaw, obejmujących instalację, była nie niższa niż 350 000 zł brutto.

Powinno być:

Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, trzy dostawy komór rękawicowych wraz z ich instalacją, przy czym instalacja obejmowała wszystkie poniższe czynności:

a) wykonanie atmosfery roboczej z gazem obojętnym (argon lub azot lub hel)

b) kontrolę szczelności wykonana za pomocą wzorcowanego detektora argonowego

c) weryfikację parametrów atmosfery - wymagana zawartości tlenu i wody <0.5 ppm

Zamawiający wymaga, by łączna wartość tych trzech dostaw, obejmujących instalację, była nie niższa niż 700 000 zł brutto

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**