

Zamawiający:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597

Do wszystkich zainteresowanych,

Dotyczy: postępowania WF-37-20/22 pn. „Dostawa aparatury naukowej w związku z realizacją projektu pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”

I. PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym w postępowaniu:

Pytanie 1 (dotyczy wzory umowy – część 2)

Przedmiotem postępowania jest dostarczenie aparatury pomiarowej. W przypadku awarii taki sprzęt jest naprawiany w autoryzowanym serwisie producenta za granicą. Ponadto po naprawie w celu weryfikacji aparatura jest kalibrowana co wszystko powoduje, że naprawa może potrwać do 30 dni. Prosimy o zmianę §5.6 z treści

1. „Czas realizacji naprawy aparatury wynosi **14 dni roboczych** (liczony od daty zgłoszenia do Sprzedawcy). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych zza granicy lub konieczności wykonania naprawy poza granicami kraju (u producenta aparatury) Strony ustalą termin w zależności od zakresu naprawy.

na treść

Czas realizacji naprawy aparatury wynosi **30 dni roboczych** (liczony od daty zgłoszenia do Sprzedawcy). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych zza granicy lub konieczności wykonania naprawy poza granicami kraju (u producenta aparatury) Strony ustalą termin w zależności od zakresu naprawy.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany przez Wykonawcę termin naprawy aparatury. Zamawiający wprowadzi stosowną zmianę do treści wzoru umowy w powyższym zakresie, zgodnie z informacjami podanymi w sekcji II – Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2 (dotyczy wzory umowy – część 2):

Z powodu niestabilnej sytuacji na świecie spowodowanej sytuacją po pandemiczną COVID-19, inflacją i stagflacją może dojść do ewentualnych opóźnień z powodów logistycznych lub opóźnień na produkcji co jest niezależne od Wykonawcy a to Wykonawca poniesie ewentualne koszty związane z karami za opóźnienie. Związku z powyższym prosimy o zmianę treści punktów §4.1 §4.2 §4.3 §4.4

1. Strony przewidują następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
 - 1) zwłoki w dostarczeniu aparatury w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - 2) zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za zwłokę w uzupełnieniu aparatury w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze aparatury w uzgodnionym terminie, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy,



Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez strony na uzupełnienie oraz usunięcie wad.

- 2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną z tytułu odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Sprzedawca, w wysokości 20 % łącznej ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.*
- 3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną z tytułu odstąpienia Sprzedawcy od umowy z przyczyn, za które odpowiada Kupujący, w wysokości 20 % łącznej ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.*
- 4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w umowie, nie może przekroczyć 40% łącznej ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.*

na treść

- 1. Strony przewidują następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1) zwłoki w dostarczeniu aparatury w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,1% ceny netto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,1% ceny netto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w uzupełnieniu aparatury w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze aparatury w uzgodnionym terminie, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,1% ceny netto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez strony na uzupełnienie oraz usunięcie wad.*
- 2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną z tytułu odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Sprzedawca, w wysokości 5 % łącznej ceny netto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.*
- 3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną z tytułu odstąpienia Sprzedawcy od umowy z przyczyn, za które odpowiada Kupujący, w wysokości 5 % łącznej ceny netto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.*
- 4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w umowie, nie może przekroczyć 10% łącznej ceny netto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.*

Odpowiedź 2:

W celu poszerzenia kręgu potencjalnych wykonawców, zainteresowanych uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wprowadza zmiany do treści wzoru umowy w powyższym zakresie. Szczegóły zmian podano w sekcji II – Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 3 (dotyczy wzory umowy – część 2):

Prosimy o zmianę punktu umowy §1.6.2 z treści:

„w przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Sprzedawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia braków w protokole ilościowym,”

na treść

„w przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Sprzedawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia braków w protokole ilościowym,”

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez Wykonawcę termin uzupełnienia aparatury.

Pytanie 4 (opis przedmiotu zamówienia – część 2):

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oscyloskopu z kolorowym dotykowym ekranem o przekątnej 8,5 cali z funkcją wyzwalania strefowego?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuści oscyloskop z kolorowym dotykowym ekranem o przekątnej 8,5 cali z funkcją wyzwalania strefowego, o ile będzie spełniał wszystkie pozostałe warunki techniczne, wskazane w SWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy w zadaniu 2 (dostawa oscyloskopu) do 155 dni kalendarzowych?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy oscyloskopu.

Pytanie 6:

Prosimy o zmniejszenie kar paragrafu 4 pkt 1 ppkt 1, 2, 3 do 0,2% ceny brutto.

Odpowiedź 6:

W celu poszerzenia kręgu potencjalnych wykonawców, zainteresowanych uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wprowadza zmiany do treści wzoru umowy w powyższym zakresie. Szczegóły zmian podano w sekcji II – Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 7:

Prosimy o zmniejszenie kar paragrafu 4 pkt 2 oraz 3 do 10%.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar, określonych w par. 4 pkt 2 oraz par. 4 pkt 3 wzoru umowy.

Pytanie 8:

Prosimy o zmniejszenie łącznej ilości kar umownych do 20%.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych.

Pytanie 9:

Prosimy o odstąpienie od wymagania rękojmi. Urządzenie będzie objęte pełną gwarancją producenta.

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymagania dotyczącego rękojmi.

Pytanie 10:

Prosimy o wydłużenie czasu naprawy sprzętu, wskazanego w paragrafie 5 pkt 6 do 30 dni roboczych.

Odpowiedź 10:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany przez Wykonawcę termin naprawy aparatury. Zamawiający wprowadzi stosowną zmianę do treści wzoru umowy w powyższym zakresie, zgodnie z informacjami podanymi w sekcji II – Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

II. INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Lp.	Miejsce, gdzie dokonano zmiany w SWZ	W SWZ było	Poprawiono na (wersja obowiązująca)
1.	Art. 9 § 4 ust. 1	Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania	Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu

		ofert do dnia 30.11.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert	składania ofert do dnia 09.12.2022r. , przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert
2.	Art. 12 § 1	Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 06.10.2022 r. do godz. 11:00. W korespondencji należy podać numer postępowania.	Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 14.10.2022 r. do godz. 11:00. W korespondencji należy podać numer postępowania.
3.	Art. 12 § 2 ust. 1	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie: Wydział Fizyki UW Ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, Pokój 0.18 – Dział Zamówień Publicznych, w dniu 06.10.2022 r. o godz. 11.15.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie: Wydział Fizyki UW Ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, Pokój 0.18 – Dział Zamówień Publicznych, w dniu 14.10.2022 r. o godz. 11.15.
	Wzór umowy - § 4 ust. 1	Strony przewidują następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 1) zwłoki w dostarczeniu aparatury w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 2) zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w uzupełnieniu aparatury w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze aparatury w uzgodnionym terminie, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy	Strony przewidują następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 1) zwłoki w dostarczeniu aparatury w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,3% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 2) zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,3% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w uzupełnieniu aparatury w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 niniejszej umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze aparatury w uzgodnionym terminie, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne

		dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez strony na uzupełnienie oraz usunięcie wad.	w wysokości 0,3% ceny brutto , określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez strony na uzupełnienie oraz usunięcie wad.
	Wzór umowy - § 5 ust. 6	Czas realizacji naprawy aparatury wynosi 14 dni roboczych (liczony od daty zgłoszenia do Sprzedawcy). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych zza granicy lub konieczności wykonania naprawy poza granicami kraju (u producenta aparatury) Strony ustalą termin w zależności od zakresu naprawy	Czas realizacji naprawy aparatury (liczony od daty zgłoszenia do Sprzedawcy) wynosi: - dla części 1, 3, 4, 5 - 14 dni roboczych , - dla części 2 - 30 dni roboczych . W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych zza granicy lub konieczności wykonania naprawy poza granicami kraju (u producenta aparatury) Strony ustalą termin w zależności od zakresu naprawy.

Pouczenie: wszelkie wyjaśnienia, zmiany treści SWZ oraz jej załączników są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem,