

Warszawa dnia, 10.11.2022 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Wydział Fizyki

Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

fax (0 22) 55 32 597

Do wszystkich zainteresowanych

ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę grzebienia częstotliwości wraz z akcesoriami do budowy węzła systemu dystrybucji nośnej optycznej w ramach projektu pn. „*NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych*”, nr sprawy WF-37-43/22.

W związku z nowopowstałymi okolicznościami Zamawiający w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SWZ (w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia):

1. w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

było :

(...)

1.16. jitter lasera bez aktywnej stabilizacji f_{rep} i f_{CEO} : <5fs (rms, 1kHz –10 MHz)

(...)

po dokonanych zmianach:

(...)

1.16. jitter lasera bez aktywnej stabilizacji f_{rep} i f_{CEO} : < 5 **ns** (rms, 1kHz –10 MHz)

(...)

2. w ART. 7 § 4 pkt. 1 SWZ:

W SWZ było :

„1. Termin związania ofertą : 18.02.2023 r.”

SWZ po dokonanych zmianach:

„1. Termin związania ofertą : 25.02.2023 r.”

3. w ART. 12 § 1 SWZ:

W SWZ było :

„1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert: 21.11.2022 r. do godz. 11:00”

SWZ po dokonanych zmianach:

„1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert: 28.11.2022 r. do godz. 11:00”

4. w ART. 12 § 2 SWZ:

W SWZ było :

„1. Informacja o otwarciu ofert: 21.11.2022 r. o godz. 11:15”

SWZ po dokonanych zmianach:

„1. Informacja o otwarciu ofert: 28.11.2022 r. o godz. 11:15”

Wprowadzone zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 do SWZ-opis przedmiotu zamówienia (po modyfikacji).